SECURIMED
Expert de la santé au travail

Fiche technique

Perfuseur 1 voie avec site d'injection en Y + 1 aiguille 21Ga - Réf. 8626N

Présentation

- Le perfuseur une voie avec site d'injection en Y sert à administrer des solutés par perfusion.
- Tubulure en PVC, canule en acier inoxydable et aiguille avec embase et protecteur en polypropylène.
- Il s'agit d'un dispositif à usage unique.
- Perfusion par gravité.

Description

- Perfuseur avec chambre compte-gouttes, filtre 0,15 µ et prise d'air avec filtre 0,45 µ.
- Site d'injection en Y sans latex avec protège-doigts.
- Régulateur de débit à roulette et embout terminal Luer mâle à bague mobile.

Caractéristiques techniques

- **Perfuseur avec chambre compte-gouttes :** - Filtre 0.15µ et prise d'air avec filtre 0.45µ ;
  - Site injection en Y sans latex avec protège-doigts ;
  - Régulateur de débit à roulette ;
  - Embout terminal Luer mâle à bague mobile ;
  - Tubulure en PVC Longueur: 150 cm Diamètre: 2.9x4.1mm
- **Aiguille 21 Ga :** - Avec embase et protecteur en Polypropylène ;
  - Dimensions : 0.8 x 40 mm ;
  - Canule en acier inoxydable.
- **Présentation unitaire :** - sachet polyéthylène 8x15cm + blister de stérilité ;
  - 1 vignette LPPR repositionnable
- **Indication :** Perfusion par gravité, 20 gouttes d'eau = 1 ml (+/-0.1ml).
- **Normes :** - Durée de péremption : Se référer à l'étiquetage individuel du blister de stérilité ;
  - Mode de Stérilisation : Oxyde Ethylène ;
  - Classe du dispositif : IIa (Directive 93/42/CEE) ;
  - Code LPPR : 1186923.

Précautions d'emploi

- Ce dispositif contient des phtalates.
- Dispositif à usage unique. Ne pas réutiliser. Ne pas re-stériliser.
- Ne pas utiliser si le blister individuel de stérilité est endommagé : perte de l'assurance de la stérilité.