Set de soins cordon ombilical sans filet tubulaire

Description

- Le set est destiné à être utilisé dans le cadre d'un soin de cordon ombilical.
- Il comporte le nécessaire pour effectuer l'antisepsie autour du cordon ombilical et le clamper.
- Le set de soins est stérile et à usage unique.
- La dénomination commune selon la nomenclature Euro-Pharmat est « Set soins ».
- La dénomination commerciale est « Set de soin pour cordon ombilical ».

Caractéristiques techniques

- **Composition :** - 1 blister 15.5 x 19.5 cm / 4 alvéoles ;
  - 5 compresses non tissé 10 x 10 cm 4 plis 30 g ;
  - 1 paire de ciseaux métal boucles en plastique (longueur de 12 cm) ;
  - 1 clamp de Bahr.
- **Matériaux :** absence de latex, de DBP/BBP/DIPP/DEHP.
- **Produit stérile** : oui, à usage unique.
- **Stérilisation :** à l'oxyde d'éthylène.
- **Conditionnement :** - Réf. **100RDA** : unitaire ;
  - Réf. **100RDB** : en lot de 40 sets.
- **Conditions de stockage :** à conserver à température ambiante, à l'abri de l'humidité et de la lumière solaire, à l'abri de sources de chaleur.
- **Durée de vie :** Se référer à l'étiquetage du produit.
- **Conformité :** dipositif médical de classe I selon la règle du dispositif médical 4, section 1. Directive 93/42/CEE et norme ISO 13485. Numéro 0197 organisme notifié, date de première mise sur le marché dans l'UE le 03/04/2009.

Mode d'utilisation

- Le soignant place dans le compartiment du blister la solution antiseptique.
- Avec les compresses, il effectue l'antisepsie autour du cordon.
- Il utilise les ciseaux pour couper le clamp de Bahr en place s'il est nécessaire de le changer.
- Il place alors ensuite le clamp présent dans le set.
- **Précautions d'emploi :** se référer à la notice d'utilisation du clamp de bahr pour une utilisation en toute sécurité.
- **Contre-indications :** sensibilité connue à l'un des composants.