

Recommandations COVID 19 :

Utilisation des "piégeur à usage unique" PICO

Nous vous rappelons que nos préconisations, **en temps normal avant le COVID 19**, étaient le remplacement du « piégeur » tous les mois, car sorti de son sachet individuel, le filtre anti-microbien est valable un mois quelques soit le nombre de test dans le mois.

Ce filtre anti-microbien a été testé rigoureusement par Public Health England et prouve qu'il élimine et piège les bactéries et virus en suspension dans l'air.

Pour donner suite au COVID 19, nous recommandons l'acquisition d'une boîte de 250 « Piégeurs » pour un usage unique à utiliser avec les embouts buccaux jetables (boîte de 250).

Le piégeur a été testé pour filtrer des virus aussi petits que 24 nanomètres de diamètre et la particule virale Covid-19 a un diamètre d'environ 125 nanomètres - beaucoup plus grand que le virus que nous pouvons déjà filtrer. Par conséquent, le fabricant Bedfont Scientific® peut conclure que les agents pathogènes bactériens et viraux (y compris COVID-19) seront effectivement éliminés par le filtre du piégeur « OneBreath™ » nom du fabricant voir fiche technique.

IMPORTANT : Notre « piégeur » ne doit pas être confondu avec d'autres pièces en plastique fournies par d'autres fabricants de testeurs de CO qui ne comprennent aucun filtre anti-infection. Toutes les pièces prétendues être des « piégeurs » qui ne sont pas fournies par Respur International marque Bedfont® Scientific Ltd. sont non seulement frauduleuses, mais ne peuvent pas filtrer les bactéries et virus en suspension dans l'air.

Nous recommandons également de **désinfecter l'analyseur de Monoxyde de carbone après chaque test** du souffle avec une **lingette désinfectante sans alcool** pour garantir toute l'hygiène nécessaire des appareils qui passent de main en main.

Dans le cadre de la recommandation de RESPUR, SECURIMED vous propose la nouvelle référence 103DSB125 boîte de 250 à usage unique.

